

51432

30492

T.C. ANKARA
MERSUTİYET
CAD. NO: 13/1
KIZILAY - ANKARA
06 Ağustos 2007
T.C. ANKARA
NOTERLİĞİ
No: 15/1
Tel: 425 53 00 - 410 49 52
Faks: 418 25 03
425 53 00
ÖRNEKTİR

CAPELEC SARL

Sayın Bay COTON Therry dikkatine

126 RUE EMILE BAUDOT

LE MILLENAIRE

34000 MONTPELLIER

Paris, 13 Mart 2007

T.C. ANKARA
MERSUTİYET
CAD. NO: 36/8
KIZILAY / ANKARA
22 Ocak 2014
Tel: 433 02 17 - 433 13 11
Faks: 433 02 19
ÖRNEKTİR

Referansınız : DDC/CIM/07/0768/LD/EM

Konu : Onaylanan Opasimetre [donukluk ölçer] (sertifika no: F-06-H-1125 tarih:30/08/08)

Sayın İlgili,

№ 03681

№ 30597

05 Mart 2007 tarihli posta mesajınızda, bahsettiğiniz talep: LNE için 72/306/CEE direktifinin değişmiş bulunan 2005/21/CE direktifi ek VI'ündeki yükümlülüklerine göre tasdiklenmiş opasimetre [donukluk ölçer] (*) tipinin uygunluğunun sertifikalanabilme olasılığı ile ilgiliydi. (Bahsedilen direktif araçların propülzyonuna (itiş gücüne) yönelik dizel motorlardan gelen kirletici emisyonlara karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye Devletlerin yönetmeliklerinin mutabakatı ile ilgilidir)

Şunu belirtmek isteriz ki, söz konusu tip inceleme sertifikası LNE tarafından onaylanmış opasimetrenin [donukluk ölçerin] uygunluğunu NF R 10025 normuna göre sertifikalamakta olup bu norm özellikle değiştirilmiş bulunan 72/306/CEE direktifinin ek VI'ünün niteliklerini içermektedir.

Bununla birlikte, ulusal yönetmelik çerçevesinde size verilen sertifika yukarıda belirtilen direktifin ekindeki uygunluğun ilgili tipi için sertifikalama yapar.

Umarız beklentinize cevap verebildik, en derin saygılarımla.

Laurence DAGALLIER

Sertifikalama ve Gelişme Müdürü
(İmza)

(*) 2001-367 sayılı yönetmelik şartları çerçevesinde ulusal tip incelemesinin konusu olan tip.

Ulusal Ölçüm ve Deneme Laboratuvarı
Ticari mülkiyet hakkı saklıdır

İŞ BU BELGE TARAFINDAN
FRANSIZCA ASLINDAN / FAKSINDAN
TÜRKÇE'YE TERCÜME EDİLMİŞTİR.

Esra KELOĞLU

İŞ BU BELGE CAIRE...
TERCÜMAN ESRA KELOĞLU TARAFINDAN
FRANSIZCA ASLINDAN / FAKSINDAN TÜRKÇE'YE
T.C. ANKARA
NOTERLİĞİ
BAŞKATIBI
YASAR YARAN

ANKARA 13. NOTERLİĞİ
YEMİNLİ MEMURU
MEDİM BASHAN

ANKARA 13. NOTERLİĞİ
BAŞKATIBI
YASAR YARAN

BARIS TRANSLATION
OFFICE
ANKARA

ASLINA UYGUNDUR

ASLINA UYGUNDUR